



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 529745
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (2361 Т, 1868045) Расходомер

Заказчик: Акционерное общество "Қаражанбасмунай"
Организатор: Акционерное общество "Қаражанбасмунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2361 Т
Наименование и краткая характеристика	Расходомер, вихревой
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Қаражанбас, база МТС АО Қаражанбасмунай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Расходомер для газа с дисплеем для считывания показаний. JHUX-80. Интегратор интеллектуального расходомера, он состоит из 5 частей: аналоговый проход обнаружения температуры и давления, цифровой проход обнаружения расхода, микропроцессор, жидко-кристаллические приводные цепи и другие вспомогательные цепи, ещё имеет интерфейс выводного сигнала. Встроенный датчик температуры: термосопротивление платины PT100, Встроенный датчик давления. Диаметр 80 мм, Наружный диаметр фланца 200мм, Межосевое расстояние крепежных отверстий 160мм, Диаметр прижимной поверхности (зеркала) 132мм, Диаметр отверстий под шпильки и болты 18мм, Отверстий под шпильки 8шт. Диаметр 80 мм. Производительность 0-800 Нм3/ч, Температура рабочей среды 120°С, Питание 24VDC, Выходной сигнал 4-20мА, Рабочее давление 0-1.6МПа, Тип соединения фланцевый. Относительная влажность -95 %. Класс точности не менее 1,5. Должен соответствовать ГОСТ 28723-90. «Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний».

Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Гарантийный срок: 18 (восемнадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки активов.

ИНФОРМАЦИЯ!!!

Техническая спецификация предоставляется в форме электронного документа, формируемого системой и подписанного ЭЦП (прилагаемые документы в виде электронной копии в Приложении – НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ!), за исключением случаев, предусмотренных требованиями Заказчика.

Перечень необходимых документов при поставке товаров: согласно приложению №3 к договору.

3. Технические стандарты

№ п / п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата по
1	Да	ГОСТ 28723-90	306081	Межгосударственный стандарт	Расходомеры скоростные,	Настоящий стандарт устанавливает	СССР (СССР)	10	Измерение потока	Действует	Постановлением Государств	01.01.1992	





					электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний	общие технические требования и методы испытаний скоростных, электромагнитных и вихревых расходомеров, предназначенных для непрерывного измерения расхода жидких и газообразных сред, и датчиков (измерительных преобразователей) расхода, предназначенных для преобразования значения расхода в электрические или пневматические унифицированные выходные сигналы, общепромышленного применения, изготавливаемых для нужд народного хозяйства и экспорта			жидкости	енною комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 01.11.90 № 2784		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---	--	--

Подписал
Дата подписания

ТУЛЕНОВА КУЛАН ЖАНАЕВНА
18.01.2021

