



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 456892
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (980 У, 1613610) Услуги по заправке техническими газами/жидкостями

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	980 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по заправке техническими газами/жидкостями, Заправка (закачка) технических газов/жидкостей
Дополнительная характеристика	Услуга по заправке баллонов воздушного судна медицинским кислородом
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Газообразный медицинский кислород должен быть получен из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации. Массовая концентрация механических примесей в медицинском кислороде, предназначенном для авиации, - не более 0,001 г/м³ с размером частиц не более 0,1 мкм при 15°C и 101,3 кПа (760 мм рт. Ст.)

Кислород должен быть заправлен в кислородные баллоны заказчика емкостью 40 л. Давление заправленного кислорода должно быть не менее 200 бар.

Количество баллонов: 5

Забор порожних баллонов и доставка заправленных баллонов осуществляется поставщиком услуги по заявке заказчика.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТАМ, СПЕЦИФИКАЦИЯМ

Газообразный медицинский кислород должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73)

Освидетельствование кислородных баллонов должно производиться в соответствии с «Требованиями к устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденными приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК от 29.10.2008 г. №189. На момент поставки Поставщик обязуется предоставить сертификат на каждый баллон с указанием даты следующей проверки.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДТВЕРЖДЕНИЮ КАЧЕСТВА

Каждый баллон медицинского кислорода должен сопровождаться документом о качестве согласно ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) п.2.1. Протокол испытаний заправленного в баллоны кислорода обязателен с указанием даты следующего освидетельствования баллонов.

Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением вышеуказанных характеристик

Подписал
Дата подписания

УТЕНОВА БАЛЖАН АБДИБУЛЛАҚЫЗЫ
03.07.2020

