



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 540092 , Смесь поверочная газовая многокомпонентная
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (214 Т, 1910424) Смесь поверочная газовая

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актөбе"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	214 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь поверочная газовая, многокомпонентная
Дополнительная характеристика	назначение: Сектор КИПиА Общие характеристики: ПГС (ГСО 10538-2014, 1 разряд] : сероводород [H ₂ S] (16 mg/m ³) + метантиол [CH ₃ SH] (16 mg/m ³) + этантиол [C ₂ H ₅ SH] (16 mg/m ³) + 1-пропантиол [C ₃ H ₇ SH] (16 mg/m ³) + 2-пропантиол (изопропантиол) [1-C ₃ H ₇ SH] (16 mg/m ³) + 2-бутантиол (втор-бутантиол) [sec- C ₄ H ₉ SH] (16mg/m ³) + 2-метил-2-пропантиол (трет-бутантиол) [tert-C ₄ H ₉ SH] (16 mg/m ³) + 2- метил-1-пропантиол (изобутантиол) [i-C ₄ H ₉ SH] (16 mg/m ³) + 1-бутантиол [C ₄ H ₉ SH] (16 mg/m ³) + карбонилсульфид [COS] (16 mg/m ³) + гелий [He] (ост.), объем 4 дм ³
Количество	1.000
Единица измерения	Один баллон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актюбинская область, месторождение Алибекмола, пл 4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На поставку поверочных газовых смесей

1. Стандарты

1.1 Товары, поставляемые в рамках данного договора, должны в точности соответствовать наименованиям характеристикам/составу, указанным в технической спецификации.

2. Технический контроль и испытания

2.1 Заказчик или его представители, при поставке товаров на склад Заказчика проводят технический контроль товаров с составлением Акта входного контроля, для подтверждения их соответствия техническим спецификациям и наличия технической и разрешительной документации в соответствии с разделом 5 данного технического задания. Товар не считается принятым без Акта входного контроля.

3. Упаковка

3.1 Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров;

3.2 Газовые смеси должны находиться в заводской упаковке (в баллонах) соответственно п.1.5 ТУ 6-16-2956-92.

4. Технические требования

4.1 Расчет концентраций компонентов в поверочных газовых смесях должен быть в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 53367-2011, для рабочего диапазона от 1 мг/м³ до 20 мг/м³.

5. Техническая и разрешительная документация

5.1 Поставщик должен предоставить вместе с товаром:





5.1.1 Оригинал паспорта на поверочную газовую смесь;

5.1.2 Сертификаты о внесении в реестр ГСИ РК.

7. Особые условия

7.1 Поставщик должен произвести сборку, пуско-наладку анализатора, и пробные замеры на объекте Заказчика;

6. Гарантии


6.1 Баллоны с ПГС должны предоставляться Поставщиком с действующим сроком годности не менее 12 месяцев с даты поставки.

7. Пункт поставки

7.1 Поставщик организывает поставку товаров в Актюбинскую область, Мугалжарский район, склад пл.№4 ТОО «Казахойл Актөбе»

3. Технические стандарты

№ п / п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страны	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата по
1	Да				Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом								
2	Да	СТ РК ГОСТ Р 53367-2011	346397	Национальный стандарт Республики Казахстан	Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом	Настоящий стандарт распространяется на газы горючие природные (далее - ГТП), транспортируемые по магистральным газопроводам, предназначенные для промышленного и коммунально-бытового применения, и устанавливает хроматографический метод определения серосодержащих компонентов: сероводорода, меркаптанов C1 - C4 и карбонилсульфида в диапазонах, указанных в Таблице 1. Настоящий стандарт	Нет ()	66	Природный газ	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 29 июля 2011 года №380-од.	01.07.2012	





						применяют для определения указанных серосодержащи х соединений в метане, горючем природном газе и имитаторах природного газа							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение

ТЗ ПГС H2S 16 объем объем 4 дм.doc

Подписал

Дата подписания

Нурбаев Руслан Аспандиярович

08.02.2021

